

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEZUMA

PROCESSO LICITATÓRIO N. 048/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N. 019/2020

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, neste ato representada por Procurador (conforme procuração em anexo) - a Sra. IARA VIEIRA COIMBRA DINIZ MARTINS, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº 048.998.076-78 e portadora da Carteira de Identidade MG- 10.271.347, expedida pela SSP-MG, a apresenta seu pedido de esclarecimento:

ITEM 001

Onde consta:

Potência nominal de pelo menos 50 kW

Esclarecimento: Sabe-se que a potência nominal do equipamento é a potência efetiva, que tem que ser testada e ensaiada. Os testes e ensaios obviamente são feitos sob alguns critérios já que seria impossível prever e simular todas as possíveis situações para resultar em diferentes valores de potência. Por isso, alguns fabricantes realizam o teste com tempo específico que pode acarretar uma potência diferente. Por exemplo, em tempo de 100ms, a potência nominal do equipamento poderia ser de 40kW; entretanto, com disparos mais curtos obviamente se chegará a potências mais elevadas.

Assim, perguntamos:

Pode-se considerar que serão aceitos equipamentos que possuam potência máxima de 54kW e que, na condição específica de 100ms, apresente potência nominal de 40kW?

Certos de contarmos com a vossa compreensão, agradecemos.

Nova Lima, 12 de novembro de 2020.

**KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.**

CNPJ/MF nº 71.256.283/0001-85

Representado por Procurador IARA VIEIRA COIMBRA DINIZ MARTINS
(assinatura com Certificado Digital ICP-BRASIL)